

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНОП 02/18
Датум: 24.05.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за отворени поступак јавне набавке – Санитетски и медицински потрошни материјал, број ЈНОП 02/18

Наручилац је дана 22.05.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке – Санитетски и медицински потрошни материјал, број ЈНОП 02/18, које гласи:

PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije JNOP br. 02 /18

Poštovani,
Обраћамо Вам се овим путем на основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама у вези са припремањем понуде за ЈН ЈНОП бр. 02 /18 и захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације.

Питање 1

У Партији бр.2 за ставке 2, 3 и 4 тражено је да игле буду са екстра танким зидом по стандарду ISO 9626
Молимо вас за појашњење који је тражени дијаметар (унутрашњи и спољашњи зид игле) који је тражен или прихватљив. Да ли је прихватљива понуда произвођача (NIPRO или еквивалент) за исте ставке са најтанјим зидом по стандарду 9626 (тј са ULTRA TANKIM ZIDOM)

Питање 2

У партији 2 за ставку 9 тражено је каниле имају 4 контрастне линије...Вероватно да је наручилац тражио IV каниле са KATETEROM који има утиснуте 4 контрастне линије.
Овакав захтев да се insistira на 4 контрастне линије је у бити дискриминаторски и непотребан, јер наине различити произвођачи имају различит број контрастних линија од 1-4 и све са циљем да се у случају да се део катетера одлomi може пронаћи рендгеном. Пошто су контрастне линије подужне тј. дуљ целог катетера оне без обзира на број помажу идентификацији под рендгеном, шта више битна је површина катетера покривена са контрастним линијама, а не број контрастних линија.
Зато би требало у захтеву да стоји:
тражене техничке карактеристике канила: потребно је има катетер са подужном контрастном линијом

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1. Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације конкурсне документације.
2. Наручилац остаје при захтевима из Техничке спецификације конкурсне документације.

Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке ЈНОП 02/18