

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Обреновића 2
Број: ЈНМВ 10/18
Датум: 12.04.2018. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада, број ЈНМВ 10/18

Наручилац је дана 11.04.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада, број ЈНМВ 10/18, које гласи:

Poštovani,

1. За ставке 5 и 6, испред назива навели сте ознаке ADR, oznaku која представља међународни споразум о **odlaganju i transportu medicinskog infektivnog otpada, koji prema klasifikaciji vrste otpada spada u grupu UN3291**, odnosno да су контејнери испитани у складу са ADR propisima (поглавље 6.1). Како су ставке 3 и 4 такође контејнери за одлагање и транспорт медицинског отпада, само мање запремине, molimo Вас за појашњење из којег разлога је за наведене ставке изостављена ознака ADR. Такође, želimo да Вам укажемо, да је за тражену ознаку неопходна и документација која потврђује да су контејнери испитани у складу са ADR propisima, према поглављу 6.1, за која испитивања, на територији Републике Србије, акредитацију има само **LABORATORIJA CIAH – Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, i CENTAR ZA MOTORNA VOZILA – Institut za nuklearne nauke Vinča**, и **ниједна друга лабораторија својим обимом акредитације не обухвата ова испитивања. Izveštajem akreditovane labotarije za ispitivanja posuda pod pritiskom, odnosno ambalaže za medicinski otpad**, потврђује се да су производи усклађени са ADR propisima, којима се додељује **UN KOD**, који носи неопходне информације о типу посуде, максималној тежини пуњења, називу произвођача итд, који је и самим тим потврда је контејнер испитан према ADR propisima. Уколико су контејнери намењени за транспорт инфективног отпад, дужни сте у документацију уврстити и решење/сертификат Управе за транспорт опасног терета. Поседовањем самих извештаја такође гарантујете установи производе највишег могућег квалитета, као и безбедност запослених који редују њима. У прилогу Вам достављамо обим акредитације наведене установе, који је јавно доступан податак на сајту Акредитационог тела Србије, као и тумачење закона Министарства саобраћаја о транспорту опасног медицинског отпада.
2. За ставку 1 навели сте појам ATESTIRANE. На територији Републике Србије не постоји установа која је акредитована за испитивање кеса за медицински отпад. Кесе за медицински отпад нису предмети опште употребе, већ кесе намењене за сакупљање опасног инфективног отпада класе UN3291. Из тога произилази да мишљења/изјаве било којих лабораторија нису валидна документа.

Из горе наведеног, molimo Вас да извршите измену конкурсне документације у виду извештаја акредитоване установе о испитивању за ставке 3 и 4, као и изbacивање појма „ATESTIRANE“ за ставку 1.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада, број ЈНМВ 10/18, коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.
2. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада, број ЈНМВ 10/18, коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 10/18